

# CERTYFIKAT JAKOŚCI

## Nr Cer7/04/2024 z dnia 12.04.2024

Quality certificate

### Deklaracja zgodności

Nazwa i adres przedstawiciela :  
HYDRON hydraulika siłowa Mariusz Szászor  
Ul. Kujańska 6a; 77-400 Złotów  
NIP: 5040002752; REGON: 301540500  
kontakt@hydron.com.pl; [www.hydron.com.pl](http://www.hydron.com.pl)

Nazwa wyrobu : Manometry ciśnieniowe ( RACCORDI MANOMETRI )  
Typ : Manometr DOLNY radialny  
Typ : Manometr TYLNY  
Typ : Manometr TABLICOWY

Dane techniczne manometrów :  
Ciśnieniomierze z rurką Bourdona  
Wypełnienie : gliceryna  
Oprawa: stal kwasoodporna  
Średnica tarczy: 63 mm lub 100mm  
Klasa dokładności 1,6  
Zakres wskazań: od -1 do 1000bar  
Króciec : tylny lub dolny mosiężny z gwintem M12x1,5, G1/4", G1/2"


Deklarujemy, że wyroby wskazane powyżej są zgodne z następującą normą:

**Polska Norma PN-EN 837-1**

Dział Kontroli Jakości potwierdza, że powyższe manometry zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną producenta, normami wymienionymi powyżej oraz obowiązującym Systemem Kontroli Jakości. Producent przedłożył certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015 zakresie produkcji manometrów ciśnieniowych oraz przedłożył certyfikat zgodności z normą EN837-1:1998 powiązany z dyrektywą CE: 2014/68/EU ( wyposażenie ciśnieniowe ) kategoria III moduł H.

Złotów 12.04.2024

Nadzór nad dokumentacją techniczną :



nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej

  
hydraulika siłowa Mariusz Szászor  
ul. Kujańska 6A 77-400 Złotów  
tel. 67 360 53 69  
kontakt@hydron.com.pl www.hydron.com.pl  
NIP 5040002752 REGON 301540500  
ING Bank Śląski SA  
05 1050 1911 1000 0090 6153 3110

  
Mariusz Szászor  
właściciel  
kom. 886 610 270